

VÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉS

# Lumiso Pooltest 3

fotométer



## A KÉSZLET TARTALMA:

- Lumiso Pooltest 3
- 5 db küvetta
- Kémcsőkefe
- Szőszmentes ruha
- 10 ml-es fecskendő
- Hígítócső
- 4 db rőrőpálca
- USB kábel
- Induló reagenscsomag
- Kemény hordtáska

## A REAGENS CSOMAG TARTALMA:

- DPD 1 (Szabad aktív klór) 50 db
- DPD 3 (Összes klór) 50 db
- DPD XF 30 db
- DPD XT 30 db
- pH (Phenol Red) 50 db
- Cianursav 10 db

Fotométer a fürdőmedencék és jakuzzik vízminőségének ellenőrzésére. A műszer az alábbi paraméterek ellenőrzésére alkalmas:

Aktív klór: 0 – 5 mg/L  
Aktív klór: 0 – 10 mg/L  
Cianursav: 0 – 150 mg/L  
pH (Phenol Red módszer): 6.5 – 8.4

## TULAJDONSÁGOK:

Nagy pontosságú elektronikus medenceteszt, ideális kültéri medencék megfigyelésére. Könnyű kialakítású készlet, minden szükséges tartozékkal és reagenssel USB-csatlakozás az adatok kinyeréséhez.  
Könnyen kezelhető menü, gyorsan elérhető eredmények.

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

**Az eszköz típusa:** Kettős fényforrású koloriméter, amely az előre programozott tesztkalibrációk közvetlen leolvasását kínálja.

**Csúcshullámhosszak:** 530 nm, 575 nm

**Pontosság:** ± 1,0%

**Kijelző:** 226 x 138 pixeles LCD kijelző háttérvilágítással  
Könnyű felhasználói felület, vizuális ikonok a képernyőn

**Méret (Sz x M x Ma):** 163 mm x 70 mm x 45 mm

**Súly:** 275 g

IP besorolás IP67

**Tápellátás:** 3 x 1,5 V AA elem

USB csatlakozás az adatok letöltéséhez és a szoftverfrissítésekhez

**Memória kapacitása:** 50 adat

dinox®

www.dinox.hu